

Kurztitel

Alkoholvortestgeräteverordnung

Kundmachungsorgan

BGBl. II Nr. 404/2005 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 238/2013

Typ

V

§/Artikel/Anlage

§ 1

Inkrafttretensdatum

14.08.2013

Außerkrafttretensdatum

11.05.2018

Index

90/01 Straßenverkehrsrecht

Text**Gerät und gerätespezifischer Wert**

§ 1. (1) Als Geräte, die geeignet sind, die Atemluft von Personen auf den Verdacht der Beeinträchtigung durch Alkohol zu überprüfen (§ 5 Abs. 2a StVO) werden folgende Geräte bestimmt:

Gerätebezeichnungen:	AlcoQuant6020 AlcoQuant6020plus
Hersteller:	EnviteC – Wismar GmbH

(2) Der gerätespezifische Wert, ab dem auf das Vorliegen des Verdachts der Beeinträchtigung durch Alkohol im Sinne des § 5 Abs. 2a StVO geschlossen werden kann, wird mit 0,22 mg/l bestimmt.

Zuletzt aktualisiert am

15.05.2018

Gesetzesnummer

20004442

Dokumentnummer

NOR40155306